



Ausrüstungen für medizinische Gase



STECKVERBINDUNG AGSS ISO 9170-2

Produktbeschreibung

Anästhesiegas kann über die Sonde verabreicht werden. Die AGSS-Sonde entspricht dem Standard ISO 9170-2.



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

Normen

UNI EN ISO 7396-2 | UNI CEI EN ISO 14971 | UNI EN ISO 9170-2 | UNI EN ISO 15001

Komponenten

Das Gehäuse besteht aus chemisch vernickeltem Messing CW614N.

Technische Daten

CODE	TYP	ANSCHLUSS	GEWICHT
HI018	180°	Schlauchanschluss Ø 13	0.13 kg
HI018A	180°	Schlauchanschluss Ø 17	0.13 kg
HI019	180°	Schlauchanschluss Ø 22	0.13 kg
HI019A	180°	G3/8" F R	0.13 kg
HI116BGF0E1LBEH	120°	G3/8" F R	0.18 kg
HI116BHH131LBEH	120°	Schlauchanschluss Ø 13	0.18 kg
HI116BHH171LBEH	120°	Schlauchanschluss Ø 17	0.18 kg
HI116BHH221LBEH	120°	Schlauchanschluss Ø 22	0.18 kg

