

Ausrüstungen für medizinische Gase



BS 5682-Steckdose

Produktbeschreibung

Die Steckdose ist die abschließende Komponente des Gasverteilersystems. Benutzer können zur Gasentnahme eine Sonde in die Steckdose stecken. Die Steckdose ist auf den jeweiligen Gastyp abgestimmt. Aufgrund der unterschiedlichen Profile können die Steckdosen und Sonden nicht verwechselt werden. Die Steckdose entspricht dem Standard BS 5682. Alle Materialien sind sauerstoffkompatibel und werden in sauberem Zustand, frei von Öl, Schmiermittel und Staub, geliefert.



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

Normen

UNI EN ISO 9170-1 | UNI EN ISO 9170-2 | UNI CEI EN ISO 13485 | BS 5682 | UNI EN ISO 15001

Komponenten

Steckdose und Basis sind aus chemisch vernickeltem Messing CW617N hergestellt.
NYLON-Auslösermutter und Basisanschlussflansch.
Edelstahlfedern.
EPDM PEROX O-Ring.

Technische Daten

CODE	GAS	UMFANG	MAXIMALER DEUCKVERLUST	GEWICHT
HP050	O ₂	40 l/min	0,15 bar	0.12 kg
HP051	Air	40 l/min	0,15 bar	0.12 kg
HP052	N ₂ O	40 l/min	0,15 bar	0.12 kg
HP053	Vac	25 l/min	0,15 bar	0.12 kg
HP054	Air-800	350 l/min	0,70 bar	0.12 kg