


# Équipement de gaz médical



## Bloc de base LEAF - REAR PIPE

### Description du produit

Le bloc de base de la gamme d'unités terminales LEAF est unique pour toutes les prises de toutes les normes : français NF-S 90-116, anglais BS 5682, allemand DIN 13260-2 et suédois SS 8752430, NIST ISO 18082 ; installation simple et réglable en 8 positions grâce à la disposition de 6 trous pour la fixation

; une fois le bloc de base fixé dans la position choisie, la douille peut être tournée dans la bonne position ; le brasage du tuyau s'effectue sans démontage des composants du bloc de base ; entrée arrière avec tuyau en cuivre diam. 8 pour la connexion au système ; le bloc de base est fourni complet avec une prise pour le test.

### Règlementation

UNI EN ISO 9170-1 | UNI EN ISO 9170-2 | UNI CEI EN ISO 13485 | UNI EN ISO 15001

### Composants

Bloc de base en laiton.

Support gaz spécifique en AISI 316.

Boule en AISI 316.

Joint torique en EPDM PEROX.

Tuyau en cuivre Ø extérieur 8mm.

Bouchon ABS.

### Caractéristiques techniques

| CODE      | GAS                                  | Ø TUBE | POIDS   |
|-----------|--------------------------------------|--------|---------|
| HP300A4RP | Air                                  | Ø 8 mm | 0.13 kg |
| HP300A8RP | Air-800                              | Ø 8 mm | 0.13 kg |
| HP300ARRP | Ar                                   | Ø 8 mm | 0.13 kg |
| HP300CDRP | CO <sub>2</sub>                      | Ø 8 mm | 0.13 kg |
| HP300M1RP | Mix O <sub>2</sub> /N <sub>2</sub> O | Ø 8 mm | 0.13 kg |
| HP300N4RP | N <sub>2</sub>                       | Ø 8 mm | 0.13 kg |
| HP300NORP | N <sub>2</sub> O                     | Ø 8 mm | 0.13 kg |
| HP300O9RP | O <sub>2</sub> 93                    | Ø 8 mm | 0.13 kg |
| HP300OXR  | O <sub>2</sub>                       | Ø 8 mm | 0.13 kg |
| HP300VARP | Vac                                  | Ø 8 mm | 0.13 kg |