

# Dispositivi Gas Medicali



## Pres a BS 5682

### Descrizione del prodotto

La presa è conforme alla normativa BS 5682; essa costituisce la parte finale dell'impianto di distribuzione di gas compressi; il dispositivo è specifico per il blocco base Behringer.



Organismo Notificato n. 0476  
Notified Body nr. 0476

### Normative di riferimento

UNI EN ISO 9170-1 | UNI EN ISO 9170-2 | UNI CEI EN ISO 13485 | BS 5682 | UNI EN ISO 15001

### Componenti

Corpo in ottone nichelato chimicamente.  
Ghiera di sgancio in alluminio e flangia di collegamento base in NYLON.  
Molle in acciaio INOX.  
O-Ring in EPDM PEROX.

### Dati tecnici

CODICE	GAS	PORTATA	PERDITA MASSIMA DI CARICO	PESO	RDM
HP050	O <sub>2</sub>	40 l/min	0,15 bar	0.12 kg	2600542/R
HP051	Air	40 l/min	0,15 bar	0.12 kg	2600544/R
HP052	N <sub>2</sub> O	40 l/min	0,15 bar	0.12 kg	2600546/R
HP053	Vac	25 l/min	0,15 bar	0.12 kg	2600548/R
HP054	Air- 800	350 l/min	0,70 bar	0.12 kg	2600550/R