

Dispositivi Gas Medicali



Presa AGSS - Venturi

Descrizione del prodotto

Unità terminale attiva AGSS in accordo alla EN ISO 9170-2 con sistema Venturi, tipo 1L, per l'evacuazione dei gas anestetici; il sistema funziona collegando l'unità terminale all'impianto dell'aria compressa sia a 4,5 che a 8 bar; è disponibile in tre versioni: da incasso, da esterno e libera installazione; la versione di incasso è dotata di piastra di fissaggio; tutte le configurazioni sono dotate di sistema di segnalazione della funzione di aspirazione con segnalatore verde; è possibile regolare la portata agendo sulla vite di regolazione; tarata per una

portata di 50 lt/min, la stessa può essere regolata a seconda dell'esigenza per mezzo della vite di regolazione.



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

Normative di riferimento

UNI EN ISO 7396-2 | UNI 9507 | UNI EN ISO 9170-2 | UNI EN ISO 15001

Componenti

Corpo ed eiettore in ottone.
Attuatore in alluminio anodizzato NC.
Base in alluminio.
Ghiera sgancio in alluminio anodizzato.
Molle in acciaio INOX.
O-Ring in EPDM perox.
Tubo in poliuretano 4x2,5 mm.
Cassetta in ABS.
Piastra di copertura in alluminio anodizzato.

Kit di manutenzione

CODICE	GAS	DESCRIZIONE	TIPO
H1332	AGSS	INDICATORE DI FLUSSO / VISUALIZZATORE VERDE PG. 6	RICAMBIO

Dati tecnici

CODICE	GAS	DESCRIZIONE	TIPO	PORTATA A 4,5 bar	Perdita di carico a 90 l/min	PESO	RDM
HP302B1LBEH	AGSS	U.T. AGSS VENTURI ISO 9170-2 - INSTALLAZIONE LIBERA	1L	50 l/min	0,035 bar	0.51 kg	2599432/R
HP303B1LBEH	AGSS	U.T. AGSS VENTURI ISO 9170-2 - DA ESTERNO	1L	50 l/min	0,035 bar	0.98 kg	2599444/R
HP304B1LBEH	AGSS	U.T. AGSS VENTURI ISO 9170-2 - DA INCASSO	1L	50 l/min	0,035 bar	1.03 kg	2599455/R

Immagini Tecniche



