

Equipamento de gás medicinal



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

ENGATE AGSS ISO 9170-2

Descrição do produto

O gás anestésico pode ser administrado através da sonda. A sonda AGSS está em conformidade com a norma ISO 9170-2.



Normativos

UNI EN ISO 7396-2 | UNI CEI EN ISO 14971 | UNI EN ISO 9170-2 | UNI EN ISO 15001

componentes

Corpo em latão CW614N niquelado quimicamente.

Dados técnicos

CÓDIGO	TIPO	LIGAÇÃO	PESO
HI018	180°	Conector de mangueira de Ø 13	0.13 kg
HI018A	180°	Conector de mangueira de Ø 17	0.13 kg
HI019	180°	Conector de mangueira de Ø 22	0.13 kg
HI019A	180°	G3/8" F R	0.13 kg
HI116BGF0E1LBEH	120°	G3/8" F R	0.18 kg
HI116BHH131LBEH	120°	Conector de mangueira de Ø 13	0.18 kg
HI116BHH171LBEH	120°	Conector de mangueira de Ø 17	0.18 kg
HI116BHH221LBEH	120°	Conector de mangueira de Ø 22	0.18 kg

